

Pytania i wyjaśnienia

W związku z postępowaniem dotyczącym zapytania ofertowego na **zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno - wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego**, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o wymiarach: długość 212 cm, szerokość: 102 cm?
Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o ww. wymiarach.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z możliwością blokady pozycji Trendelenburga lub wszystkich funkcji na raz?
Zamawiający dopuści możliwość blokady pozycji Trendelenburga lub wszystkich funkcji na raz.